



Símbolo	Medición	Unidad	Talla 1	Talla 2
W	altura aproximada del usuario *	[cm]	80 - 110	110 - 150
A	ancho del asiento (sin soportes pélvicos)	[cm]	29	37
	distancia entre los soportes pélvicos	[cm]	16 - 23	24 - 32
L	profundidad del asiento	[cm]	21 - 32	28 - 42
	altura del asiento desde el suelo	[cm]	58	58
Y	ángulo de inclinación del asiento	[°]	-25 - 25	-25 - 25
E	distancia entre los soportes torácicos	[cm]	15 - 22	22 - 30
	distancia entre los soportes de la cabeza	[cm]	12 - 17	12 - 20
C	altura del respaldo	[cm]	42 - 59	55 - 68
	altura del soporte para la cabeza	[cm]	37 - 40	53 - 66
	altura de los soportes torácicos	[cm]	21 - 32	19 - 35
	altura de los reposabrazos	[cm]	11 - 22	16 - 26
X	ángulo de inclinación del respaldo	[°]	95 - 150	95 - 150
F	longitud del reposapiés	[cm]	15 - 26	24 - 36*
Z	ángulo de inclinación del reposapiés	[°]	95 - 180	95 - 180
	longitud de la plataforma del reposapiés	[cm]	19,5	22
	peso máximo del usuario	[kg]	35	50

Dimensiones y peso del equipo	Unidad	Talla 1	Talla 2
ancho	[cm]	62,5	72,5
largo	[cm]	115	120
alto	[cm]	99 - 116	111 - 124
ancho plegado	[cm]	60	70
largo plegado	[cm]	90	92
alto plegado	[cm]	55	60
peso	[kg]	20,5	24,5

**Nota:** La tolerancia de las dimensiones indicadas en la tabla es de +/- 1 cm.  
\* La altura no debe ser la base para la selección del dispositivo.  
\*\* Al usar el reposapiés extendido al máximo, se debe aplicar una inclinación negativa en la función de cubeta para evitar la colisión con las ruedas delanteras.